



河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: QHJC20250821T1003
Certificate No.

客户名称: 保定市第二医院
Client Name

联络信息: 东风西路338号
Contact Information

器具名称: WIFI温湿度变送器
Instrument Name

型号规格: RS-WS-WIFI-C3
Mode/Type

出厂编号: 33011796
Serial No.

管理编号: /
Management No.

制造单位: 建大仁科
Manufacturer



批准人
Approved by 谷超臣 谷超臣
核验员
Checked by 苏彦彩 苏彦彩
校准员
Calibrated by 刘哲 刘哲

接收日期	2025	年	08	月	20	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期	2025	年	08	月	21	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2025	年	08	月	22	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

电话 (Tel): 15830255575

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code): 071000

邮箱 (E-mail): hbjckjyxs@163.com





河北秋珩检测科技有限公司

HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号：QHJC20250821T1003

校准环境条件及地点：

温度	(22.1~22.3) °C	地点	本公司1302热学室（1）
湿度	(42~46) %RH	其它	/

校准依据：

JJF1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

校准使用的主要计量标准器：

名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
冷镜式露点仪 231120580	温度：(0~50) °C	温度： $U=0.02^{\circ}\text{C}$, $k=2$	RA24S-AF103577	2025-11-27	北京市计量检测 科学研究院
精密露点仪 231120580	湿度：(5~95) %RH	湿度： $U=0.2^{\circ}\text{CDP}$, $k=2$	RA25S-GB100016	2026-4-22	北京市计量检测 科学研究院
温湿度标准箱 231129669	温度：(0~50) °C 湿 度：(5~95) %RH	温度均匀 度： $U=0.09^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度均 匀度： $U=0.50\% \text{RH}$, $k=2$; 温 度波动度： $U=0.03^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度波动 度： $U=0.20\% \text{RH}$, $k=2$; 温 变化率： $U=0.03^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿 度变化 率： $U=0.20\% \text{RH}$, $k=2$	LNDC- 240209191023	2025-9-18	辽宁东测检测技 术有限公司

提示说明：

- 1、在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准；
- 2、未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书；
- 3、本证书未加盖“河北秋珩检测科技有限公司校准专用章”无效；
- 4、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成协议；
- 5、根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为：12 个月；
- 6、标注“*”参数，不在CNAS认可范围内；
- 7、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。





校准结果

1、外观及功能性检查: 符合要求

2、温湿度计修正值校准结果:

2.1 温湿度计温度修正值:

单位: $^{\circ}\text{C}$

温度设定值	标准值	被校仪器示值平均值	修正值	测量结果的不确定度 $U, k=2$
15	15.00	14.9	0.1	0.3
20	20.01	20.2	-0.2	0.3
30	30.01	30.1	-0.1	0.3

2.2 温湿度计湿度修正值:

(校准温度在 20°C 时)

单位: %RH

湿度设定值	标准值	被校仪器示值平均值	修正值	测量结果的不确定度 $U, k=2$
40	40.04	40.6	-0.6	1.8
60	60.06	60.9	-0.8	1.8
80	80.06	81.0	-0.9	1.8

.....以下空白.....

