



河北秋行检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号： QHJC20250821T1001

Certificate No.

客户名称：保定市第二医院

Client Name

联络信息：东风西路338号

Contact Information

器具名称：WIFI温湿度变送器

Instrument Name

型号规格：RS-WS-WIFI-C3

Mode/Type

出厂编号：33011913

Serial No.

管理编号：/

Management No.

制造单位：建大仁科

Manufacturer



批准人

Approved by

谷超臣

核验员

Checked by

苏彦彩

校准员

Calibrated by

刘哲

接收日期

Received Date

2025

年

08

月

20

日

校准日期

Calibration Date

2025

年

08

月

21

日

发布日期

Issue Date

2025

年

08

月

22

日

Year

Month

Day

Year

Day

Year

Day

地址：保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code) : 071000

邮箱 (E-mail) : hbqjhjckjyxgs@163.com

电话 (Tel) : 15830255575





河北湫珩检测科技有限公司

证书编号：QHJC20250821T1001

校准环境条件及地点：

温度	(22.1~22.3) °C	地点	本公司1302热学室（1）
湿度	(42~46) %RH	其它	/

校准依据：

JJF1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

校准使用的主要计量标准器：

名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
冷镜式露点仪 231120580	温度：(0~50) °C	温度： $U=0.02^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 温度均匀度： $U=0.09^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度均匀度： $U=0.50\%$, $k=2$; 温度波动度： $U=0.03^{\circ}\text{C}$, $k=2$;	RA24S-AF103577	2025-11-27	北京市计量检测科学研究院
温湿度标准箱 231129669	温度：(0~50) °C 湿度：(5~95) %RH	湿度： $U=0.20\%$, $k=2$; 温度变化率： $U=0.03^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度变化率： $U=0.20\%$, $k=2$	LNDC- 240209191023	2025-9-18	辽宁东测检测技术有限公司

提示说明：

- 在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准；
- 未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书；
- 本证书未加盖“河北湫珩检测科技有限公司校准专用章”无效；
- 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成约定；
- 根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为：12 个月；
- 标注“*”参数，不在CNAS认可范围内；
- 本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。

检测科
准专用



河北湫行检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号：QHJC20250821T1001

校准结果

1、外观及功能性检查：符合要求

2、温度修正值：

单位：℃

温度设定值	标准值	被校仪器示值平均值	修正值	测量结果的不确定度 $U, k=2$
5	4.98	5.2	-0.2	0.3

.....以下空白.....

