



河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCKEKEJIYOUXIANGONGSI

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: QHJC20250821T1002
Certificate No.

客户名称: 保定市第二医院
Client Name

联络信息: 东风西路338号
Contact Information

器具名称: WIFI温湿度变送器
Instrument Name

型号规格: RS-WS-WIFI-C3
Mode/Type

出厂编号: 33011806
Serial No.

管理编号: /
Management No.

制造单位: 建大仁科
Manufacturer



批准人
Approved by 谷超臣 谷超臣

核验员
Checked by 苏彦彩 苏彦彩

校准员
Calibrated by 刘哲 刘哲

接收日期	2025	年	08	月	20	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期	2025	年	08	月	21	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2025	年	08	月	22	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

电话 (Tel): 15830255575

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code): 071000

邮箱 (E-mail): hbqhjckjyxgs@163.com





河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号：QHJC20250821T1002

校准环境条件及地点：					
温度	(22.1~22.3) °C	地点	本公司1302热学室（1）		
湿度	(42~46) %RH	其它	/		
校准依据：					
JJF1076-2020《数字式温湿度计校准规范》					
校准使用的主要计量标准器：					
名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
冷镜式露点仪 231120580	温度：(0~50) °C	温度：U=0.02°C, k=2	RA24S-AF103577	2025-11-27	北京市计量检测 科学研究院
温湿度标准箱 231129669	温度：(0~50) °C 湿 度：(5~95) %RH	温度均匀 度:U=0.09°C,k=2;湿度均 匀度:U=0.50%RH,k=2;温 度波动度:U=0.03°C,k=2; 湿度波动 度:U=0.20%RH,k=2;温度 变化率:U=0.03°C,k=2;湿 度变化 率:U=0.20%RH,k=2	LNDC- 240209191023	2025-9-18	辽宁东测检测技 术有限公司
提示说明：					
1、在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准； 2、未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书； 3、本证书未加盖“河北秋珩检测科技有限公司校准专用章”无效； 4、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成约定； 5、根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为：12 个月； 6、标注“*”参数，不在CNAS认可范围内； 7、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。					





河北秋珩检测科技有限公司

HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号: QHJC20250821T1002

校准结果

1、外观及功能性检查: 符合要求

2、温度修正值:

单位: $^{\circ}\text{C}$

温度设定值	标准值	被校仪器示值平均值	修正值	测量结果的不确定度 $U, k=2$
15	15.01	15.1	-0.1	0.3

.....以下空白.....

