



广东华臻计量检测技术有限公司

Guangdong Huazhen Measurement and Testing Technology Co.,Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HZ052508220405

Certificate No.

委托方:

保定市第二医院

Client

委托方地址:

东风西路338号

Address

仪器名称:

激光多普勒及经皮氧分压测量仪

Description

型号/规格:

PF5001

Model/Type

制造商:

帕瑞医学科技(北京)有限公司

Manufacturer

出厂编号:

5001-02708

Serial No.

管理编号:

/

Asset No.

接收日期:

2025 年 08 月 22 日

Received Date

校准日期:

2025 年 08 月 22 日

Calibration Date

签发日期:

2025 年 08 月 22 日

Issue Date



批准:

Approved by

核验:

Inspected by

校准:

Calibrated by

地址: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋207室

Address: Room 207, Building 2, Shanghenglang New Industrial Zone, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

电话(Tel): 86-0755-88897322

传真(Fax): 86-0755-88897322

邮编: (Post Code): 518109

电子邮件(E-mail): gd602jl@163.com

第1页, 共3页

Page of



广东华臻计量检测技术有限公司

Guangdong Huazhen Measurement and Testing Technology Co.,Ltd

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HZ052508220405

Certificate No.

1. 本报告未经签章无效, 数据涂改无效。

It will be ineffective without certification, and the change of data will be ineffective, too.

2. 本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.

3. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制校准证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.

4. 本次校准的技术依据文件:

Reference documents for the Calibration

JJF 2186-2025《激光多普勒流速仪校准规范》

5. 本次校准使用的主要测量标准:

Main Standards of Measurement Used in the Calibration

设备名称	编号	溯源单位	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No.	Traceability to	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
超声波流量热量计	GD602-1087	深圳计质院	JL244203581/2025-12-04	0.5级

6. 校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration

地点: 委托方实验室

Place

温度:

23

℃

相对湿度:

58

%RH

Temperature

Relative Humidity

7. 建议复校间隔时间:

Recalibration interval

个月。但送校单位应按实际情况来定。

Months, but the delivery unit should be determined according to the actual use.



广东华臻计量检测技术有限公司

Guangdong Huazhen Measurement and Testing Technology Co.,Ltd

校准结果 Result of Calibration

证书编号:HZ052508220405

Certificate No.

1、外观及各部分相互作用: 正常

Appearance and interreaction: Pass

2、流速示值误差:

Instrument constant

标准器示值	被检表示值	误差	允差	重复性	允差	结论
Standard value	Indications	Error	MPE	Repeatability	MPE	Conclusion
(m/s)	(m/s)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Pass/Fail)
0.505	0.51	+1.0	± 1.5	0.3	≤ 0.5	P
1.251	1.26	+0.7	± 1.5	0.2	≤ 0.5	P
3.008	3.02	+0.4	± 1.5	0.1	≤ 0.5	P
5.012	5.03	+0.4	± 1.5	0.1	≤ 0.5	P
7.985	8.04	+0.7	± 1.5	0.2	≤ 0.5	P

备注(Notes):

1.测量结果不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

流速: $U_{rel} = 1.2\%$ ($k=2$)

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)



(以下空白)
(The below is blank)