



河北湫行检测科技有限公司
HEBEI QIUHENG JIANCE KEJI YOUXIANGONGSI

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号： QHJC20250815Y1072

Certificate No.

客户名称：保定市第二医院

Client Name

联络信息：东风西路338号

Contact Information

器具名称：液基薄层细胞制片机

Instrument Name

型号规格：LD-ZPJ

Mode/Type

出厂编号：ZPJ-15-049

Serial No.

管理编号：/

Management No.

制造单位：武汉兰丁医学高科技有限公司

Manufacturer



批准人

Approved by 赵晴

赵晴

核验员

Checked by 刘子龙

刘子龙

校准员

Calibrated by 孙海旺

孙海旺

接收日期	2025	年	08	月	14	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期	2025	年	08	月	15	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2025	年	08	月	18	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址：保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

电话 (Tel) : 15830255575

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code) : 071000

邮箱 (E-mail) : hbqhjckjyxgs@163.com





河北湫珩检测科技有限公司

证书编号：QHJC20250815Y1072

校准环境条件及地点：

温度	(24.4~25.8) ℃	地点	客户外科楼3楼病理科
湿度	(45~48) %RH	其它	/

校准依据：

JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》

校准使用的主要计量标准器：

名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
无线离心机校准仪 (转速) 100125023	(20~30000) r/min	$U_{rel}=5\times10^{-4}$, k=2	LSvm2025-01433	2026-3-20	中国计量科学研究院

提示说明：

- 1、在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准；
- 2、未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书；
- 3、本证书未加盖“河北湫珩检测科技有限公司校准专用章”无效；
- 4、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成约定；
- 5、根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为： 12 个月；
- 6、标注“*”参数，不在CNAS认可范围内；
- 7、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。

测科
准专用



河北湫行检测科技有限公司

证书编号: QHJC20250815Y1072

校准结果

1、转速示值误差

校准点 (r/min)	测量结果 (r/min)	示值误差 (%)	技术指标要求 (%)	测量不确定度 $U_{\text{rel}}, k=2$
1300	1293.4	0.5	±2.5	0.2%

2、转速稳定性

转速 (r/min)	稳定性 (%)	技术指标要求 (%)
1300	0.8	≤1.0

.....以下空白.....

